

<報道発表資料>

令和3年8月12日

民間検査機関によるPCR検査の誤判定について

株式会社エスアールエル北関東検査センター（群馬県前橋市。以下「SRL北関東」という。）において実施した新型コロナウイルスのPCR検査結果について、誤りがあったことが判明しましたのでお知らせします。

1 経緯

県内医療機関において検体を採取し、SRL北関東が受託した新型コロナウイルスのPCR検査について、親会社である株式会社エスアールエル/八王子ラボトリーが再検査をした結果、陰性を陽性とした誤判定であったことが判明しました。

2 原因

現在、SRL北関東及び株式会社エスアールエルにおいて原因究明が行われております。なお、その間、SRL北関東での測定は中止されています。

3 誤判定に係る概要**(1) 誤判定の総数**

150件

(2) 発表件数の訂正

8月4日～6日の31件を取り下げます。

	取下げ件数	訂正前（既発表）件数	訂正後発表件数
8月4日	12件	1200件	1188件
8月5日	14件	1234件	1220件
8月6日	5件	1220件	1215件

(3) 誤判定された方のうち入院、宿泊療養施設へ入居された人数

- ・入院された方 1名
- ・宿泊療養施設へ入居された方 2名